



Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie

tel. +48 22 651 06 60

mail: sekretariatclb@gios.gov.pl

adres: ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa

Warszawa, 08.04.2022 r.

Zapytanie w sprawie rozeznania rynku (szacowania wartości zamówienia) dla zadania „ Zakup wag analitycznych dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie”

Zamawiający, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa zamierza zrealizować zakup wag analitycznych dla Centralnego Laboratorium Badawczego ul. Bartyckiej 110 A, 00-716 Warszawa.

W związku z powyższym zwracamy się do potencjalnych Wykonawców zamówienia o wstępne oszacowanie kosztów wykonania ww. zadania uwzględniając opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o sporządzenie oferty cenowej na załączonym formularzu i przesłanie jej drogą e-mailową **w terminie do dnia 15.04.2022 r.** na adres e-mailowy: m.witkowska1@gios.gov.pl .

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie powoduje zobowiązania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

I. Opis przedmiotu zamówienia

- 1.Wykonawca dostarczy i zapewni instalację na koszt własny urządzenia do 16 lokalizacji Centralnego Laboratorium Badawczego na terenie Polski.
- 2.Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska.
- 3.Dostarczone wagi analityczne będą posiadały świadectwa wzorcowania i legalizacji.
- 4.. Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenie minimum 24 miesięcznej gwarancji.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Opis	Wymagania minimalne
Ogólne	Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 rok.
Obciążenia maksymalne	Min. 200g
Obciążenia minimalne	1 mg
Dokładność odczytu	0,01 mg
Działka legalizacyjna	1 mg
Adiustacja	Wewnętrzna automatyczna
Czas stabilizacji	< 5s
System poziomowania	automatyczny
Otwieranie drzwi do komory ważenia	automatyczne

Antystatyka komory ważenia	Tak
Wzorcowanie wagi	Tak
Dostawa, instalacja i szkolenie	Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, zapewni instalację we wskazanym miejscu i udzieli niezbędnych informacji obsługi.

III. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31.08.2022r. (wskazany termin jest informacją do szacowania wartości i może ulec zmianie).

IV. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny zamówienia

p.o. Kierownik
Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Warszawie
Witkowska
Maria Witkowska

DYREKTOR
Centralnego Laboratorium Badawczego

Mirosława Zbroś
(1)