



Warszawa, dnia 24.06.2022 r.

**Zapytanie w sprawie rozeznania rynku (szacowania wartości zamówienia) dla zadania  
„Zakup listew ekstrakcyjnych” dla Centralnego Laboratorium Badawczego  
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie**

Zamawiający, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-362 Warszawa zamierza zrealizować zakup 12 zestawów listew ekstrakcyjnych wykorzystywanych do pracy z zastosowaniem dysków ekstrakcyjnych dla 12 Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego.

W związku z powyższym zwracamy się do potencjalnych Wykonawców zamówienia o wstępne oszacowanie kosztów wykonania ww. zadania uwzględniając opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o sporządzenie oferty cenowej na załączonym formularzu i przesłanie jej drogą mailową **w terminie do 06.07.2022 r.** na adres mailowy [j.krzywicka@gios.gov.pl](mailto:j.krzywicka@gios.gov.pl)

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie powoduje zobowiązania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca dostarczy do 12 Oddziałów na terenie Polski po 1 zestawie listwy ekstrakcyjnej.
2. Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska.

**II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla jednego zestawu**

- Listwa ekstrakcyjna do ekstrakcji próbek środowiskowych z zawieszoną, pobranych do butelek szklanych o poj. 1-2 l z gwintem GL45, wyposażona w 6 niezależnych stanowisk do ekstrakcji SPE, które mogą być użytkowane pojedynczo lub jednocześnie
- Kompatybilne z posiadanymi przez użytkownika dyskami ekstrakcyjnymi C18
- Możliwość ustawienia i użytkowania na blacie roboczym stołu laboratoryjnego, w temperaturze pokojowej (od +18 do +30 stopni Celsjusza)
- Zawór regulujący podciśnienie dla każdego stanowiska
- Naczynka do włączenia w system ekstrakcyjny odbieralnika eluatu – 6 szt. (1 naczynko na 1 stanowisko)

- Kolba szklana odporna na ciśnienie min. 2 bar o pojemności min. 5l z korkiem gumowym umożliwiającym szczelne połączenie z rurką szklaną i dwoma węzami po min. 2 mb każdy – 1 szt.
- Węże próżniowe o długości min. 1 m odporne na rozpuszczalniki organiczne - min. 4 szt.
- Rezerwuar z tworzywa sztucznego o poj. min. 185 ml – 6 szt. (1 rezerwuar na 1 stanowisko)
- Rezerwuar szklany 1l do Speedisk - 6 szt. (1 rezerwuar na 1 stanowisko)

### III. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30.09.2022 r. (wskazany termin jest informacją do szacowania wartości i może ulec zmianie).

### IV. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny zamówienia

  
Kierownik  
Centralne Laboratorium Badawcze  
Oddział w Kielcach  
Katarzyna Ornal Kargulewicz

.....  
*Pieczęć firmowa Oferenta*

.....  
*miejsowość i data*

## Formularz wyceny zamówienia

przygotowany na potrzeby procedury szacowania wartości zamówienia dla zadania pt.:  
„Zakup listew ekstrakcyjnych” dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie

Wycena realizacji zamówienia na zakup 12 zestawów listew ekstrakcyjnych:

Lp.	Opis zadania głównego	Wartość netto zadania [zł]	Wartość brutto zadania [zł]
1.	Listwa ekstrakcyjna – 12 zestawów		

Termin ważności wyżej przedstawionej wyceny: .....

.....  
*Podpis i pieczęć umocnionego  
przedstawiciela Oferenta*

