

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podstawowym celem zamówienia jest nadzór nad jakością badań i analiz wykonywanych przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia	CPV
„Usługa serwisowa zestawu LC-MS 8060 z HPLC i generatorem Genius 1051”	50411000-2

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi serwisowej zestawu LCMS 8060 z HPLC i generatora Genius 1051 firmy, która posiada upoważnienie i przeszkolenie w zakresie serwisowania, konserwacji i naprawy ww. urządzeń firmy Shimadzu oraz zapewni dedykowane części eksploatacyjne. Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz najlepszą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych w Giżycku.

Wymagania ogólne

Opis	Wymagania minimalne
Dokumentacja	Wykonawca powinien posiadać upoważnienie i przeszkolenie w zakresie serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń firmy Shimadzu.
Gwarancja	Wykonawca winien udzielić minimum 3-miesięcznej gwarancji na części zamienne użyte do przeglądu Urządzeń i usługę serwisową.

Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie usługi serwisowej zestawu LCMS 8060 z HPLC i generatorem Genius 1051, polegającej na:

- wykonaniu przeglądu serwisowego,
- wymianą części eksploatacyjnych,
- regeneracją i serwisem pompy turbomolekularnej.

Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji, w tym koszty transportu do Wykonawcy oraz dowóz przedmiotu zamówienia do odbiorcy końcowego – obciążają Wykonawcę.

Dokumenty i wyniki pracy, które będą stanowiły podstawę do rozliczenia umowy oraz terminy realizacji pracy:

Termin wykonania zamówienia ustala się na 3 miesiące od podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia 15.10.2022.

Wykonanie zamówienia zostanie udokumentowane protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez wad będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.