



Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

Centralne Laboratorium Badawcze

tel. +48 22 651 07 07 wew. 4052 e-mail: sekretariatclb@gios.gov.pl ul. Bartycka 110 A, 00 – 716 Warszawa

Warszawa, 3 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego "Zakup wraz z dostawą biuret cyfrowych dla oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ", znak sprawy – CLB.26.27.2022

W odpowiedzi do pisma z dnia 02.08.2022r.. dot. prośby o wyjaśnienie w zapytaniu ofertowym na zakup wraz z dostawą biuret cyfrowych dla Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego; nr CLB.26.27.2022

Pytanie 1:

„Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania:
Dotyczy punktów 1,2,3 Opisu przedmiotu zamówienia: zakres temperatury pracy biuret nie mniejszy niż +15 do +45°C

Czy Zamawiający dopuści biurety o zakresie pracy w temperaturze nie mniejszej niż +15 do +40°C przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktu o zakresie pracy w temperaturze nie mniejszej niż +15 do +40°C przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów opisanych w OPZ.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany w OPZ i wydłużono termin składania ofert do 05.08.2022 do godziny 15:00

Załącznik:
- OPZ z wprowadzonymi zmianami

GŁÓWNY INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

M: gios@gios.gov.pl
W: www.gios.gov.pl

A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02 362 Warszawa

T: +48 22 36 92 226
F: +48 22 825 04 65

DYREKTOR
Centralnego Laboratorium Badawczego

Mirosława Zbroś
(2)

