



## Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych

tel. +48 789 367 813

e-mail: [klrw@gios.gov.pl](mailto:klrw@gios.gov.pl)

ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko

Giżycko, 09.08.2022 r.

Dot. zapytania ofertowego „Dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych na potrzeby organizacji badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych”, znak sprawy **KLRW.26.10.2022**

W odpowiedzi na pytanie z dnia 05.08.2022 r. o udzielenie odpowiedzi w sprawie ww. postępowania:

### Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, w części I pozycji 6, zlewek wysokich ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem, bez podziałki, pojemność 25 ml? Dla tak małej pojemności większość producentów nie stosuje podziałek?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, w części I pozycji 14, lejków ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 40/6/70?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, w części I pozycji 15, lejków ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 60/8/100?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, w części I pozycji 16, lejków ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 100/10/180?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, w części II pozycji 5, butelek z PE przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?
6. Czy Zamawiający dopuści, w części III pozycji 1, pojemników cylindrycznych PP o poj. 25 ml, śr. z nakrętką 31 mm, h=40 mm?
7. Czy Zamawiający dopuści, w części III pozycji 2, 1 opakowanie = 500 sztuk jako jednostkę miary? Minimalna ilość jaką pakuje producent to 500 sztuk.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, w części III pozycji 4, kuwet o wymiarze 260x320 mm przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

### Odpowiedź 1

Oдноśnie pkt. 1, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę, w części I pozycji 6, zlewki wysokich ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem, bez podziałki, pojemność 25 ml.

Oдноśnie pkt. 2, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Oдноśnie pkt. 3, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Oдноśnie pkt. 4, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę, w części I pozycji 16, lejków ze szkła borokrzemowego 3.3, o parametrach średnica/średnica szyjki/długość 100/10/180.

Odnosnie pkt. 5, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę, w części II pozycji 5, butelek z PE.

Odnosnie pkt. 6, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Odnosnie pkt.7, Zamawiający dopuszcza w części III pozycji 2, 1 opakowanie = 500 sztuk jako jednostkę miary.

Odnosnie pkt. 8, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę, w części III pozycji 4, kuwet o wymiarze 260x320 mm.

W związku z odpowiedzią na pytanie, Zamawiający dokonuje zmian zawartych w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli nr 1 (w części I dla poz. 6,16, w części II dla poz. 5, w części III dla poz. 2, 4) oraz wydłuża termin składania ofert do dnia:

**17.08.2022 r. do godz. 15.00**

Powyższe informacje są dla Wykonawców wiążące.

KIEROWNIK  
Krajowego Laboratorium Referencyjnego  
do spraw jakości wód powierzchniowych

  
Lidia Czerwińska