



**Główny Inspektorat  
Ochrony Środowiska**

Centralne Laboratorium Badawcze

tel. 22 651 07 07 wew.4052 e-mail: [sekretariatclb@gios.gov.pl](mailto:sekretariatclb@gios.gov.pl) ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa

Warszawa, 29 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego „Zakup wraz z dostawą 5 wytrząsarek koziółkujących”  
znak sprawy CLB.26.38.2022

W odpowiedzi na maila z dnia 29.08.2022 dot. Prośby o wyjaśnienie w zapytaniu ofertowym na Zakup wraz z dostawą 5 wytrząsarek koziółkujących dla Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego, znak sprawy CLB.26.38.2022

**Pytanie 1**

*Dzień dobry,*

*Zawracam się z pytaniem czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie wytrząsarki o wymiarach:*

*Gł x szer x wys 490x520x465 mm*

**Odpowiedz 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktu w wymiarach gł x szer x wys 490x520x465 mm, przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów opisanych w OPZ

**W związku z powyższym wprowadzono zmiany w OPZ i wydłużono termin składania ofert do 02.09.2022 do godziny 11:00**

Załącznik :

- OPZ z wprowadzonymi zmianami

DYREKTOR  
Centralnego Laboratorium Badawczego

*Mirosława Zbroś*  
(3)

*Asejola*

### Opis przedmiotu zamówienia

#### „Zakup wraz z dostawą 5 wytrząsarek koziółkujących z zestawem naczyń do wmywania”

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 5 sztuk wytrząsarek koziółkujących o ruchu pionowym dla CLB. Zamówienie obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją dostawy:

- dostarczenie urządzeń
- demonstrację poprawności pracy
- przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zamówienia

Dostarczone wytrząsarek koziółkujących o ruchu pionowym minimalnie:

1. Urządzenie fabrycznie nowe z produkcji seryjnej, z roku 2022
2. Zasilanie: 230 V / 50 Hz.
3. Posiadanie kontroli prędkości
4. Uchwyt na butelki co najmniej 2 litrowe
5. Wymiary zewnętrzne urządzenia:  
Szerokość: 450-520 mm  
Głębokość: 450-500 mm  
~~Wysokość: 500-550 mm~~  
Wysokość : 450-550 mm
6. Zakres prędkości 1-16 obr./min
7. Bęben o ruchu pionowym lub stół rolkowy, wywołujący obroty butelki przy około 10rpm.

Pozostałe wymagania:

- Wykonawca z urządzeniem dostarczy pełną oryginalną dokumentację producenta, zawierającą: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy (z polskim tłumaczeniem), w formie papierowej lub elektronicznej
- Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na urządzenia. Gwarancja będzie potwierdzona dokumentem wystawionym przez Wykonawcę dostarczonym wraz z urządzeniem (Karta gwarancyjna)
- Wykonawca musi gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.