

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wniesieniem kompresorów do wytwornic powietrza zerowego używanych w Krajowej Sieci Monitoringu Powietrza.

1 Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Wymagania szczegółowe

Kompresor -21 sztuk	
Opis	Wymagania minimalne
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none">-bezolejowy-zbiornik sprężonego powietrza minimum 10 litrów z powłoką antybakteryjną,-poziom hałasu < 60db(A)-zasilania 230V-wydajność : min 12 l/min-automatyczny zawór do spuszczenia kondensatu,-wyłącznik ciśnieniowy,-manometr-zawór zwrotny,-zawór odpowietrzania przewodu między agregatem a zbiornikiem przed startem (soft-start)-zawór z manometrem pozwalający ustawić ciśnienie (min 1-5 bar) na wyjściu z kompresora-przyłącze na wyjściu z kompresora dla rurki ¼ cala /6mm-kompresor na podstawie (nóżkach) amortyzujących przenoszenie drgań pompy na podłoże, uniemożliwiającej przemieszczanie się kompresora podczas pracy-zliczanie roboczogodzin czasu pracy kompresora

1.2. Ogólne wymagania dla kompresorów

Opis	Wymagania minimalne
Dokumentacja	<p>W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla każdego dostarczonego urządzenia następującą dokumentację:</p> <ul style="list-style-type: none">-pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą instrukcję działania , obsługi, konserwacji, rysunki , schematy-kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawiona przez Wykonawcę w formie papierowej
Dostawa i uruchomienie (instalacja , podłączenie , testowanie., demonstracja poprawności	<p>Dostawa kompresorów sieci KSMP wraz z wniesieniem, montażem i instalacją w miejscu wskazanym (stacje monitoringu jakości powietrza atmosferycznego) przez zamawiającego oraz demonstracje poprawności pracy w terminie do 30 listopada 2022 r.</p> <p>Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej</p>

pracy)	praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska
Szkolenie instalacyjne i jego zakres	Szkolenie, musi zawierać przynajmniej: -montaż i demontaż kompresora, -konserwacje kompresora -inne zagadnienia zlecane przez producenta
Gwarancja	-Wykonawca udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiot zamówienia , gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. -Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna , części zamienne) -Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania). - przywrócenie sprawności urządzenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wady. -Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń

2. Termin wykonania zamówienia

Do 30 listopada 2022 r.

Miejsca dostawy

Lp.	Miejsce dostawy	Ilość sztuk
1	Oddział CLB Bydgoszcz	2
2	Oddział CLB Gdańsk	2
3	Oddział CLB Katowice	2
4	Oddział CLB Kraków	3
5	Oddział CLB Łódź	2
6	Oddział CLB Olsztyn	1
7	Oddział CLB Opole	2
8	Oddział CLB Poznań	2
9	Oddział CLB Warszawa	2
10	Oddział CLB Wrocław	1
11	Oddział CLB Zielona Góra	2

Dostawa 21 sztuk kompresorów do automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza obsługiwanych przez wyżej wymienione oddziały CLB

Szczegóły dotyczące miejsc instalacji oraz osoby do kontaktu z wykonawcą zostaną podane najpóźniej 7 dni od daty podpisania umowy.