

Warszawa, dnia 18.06. 2017 r.

WZ/220-6/6/17/ABA

**Do uczestników  
przetargu nieograniczonego**

Dot. przetargu nieograniczonego pt. „Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska zestawu do ekstrakcji fazy stałej (SPE)” Numer Sprawy: WZ/220-6/17/ABA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1.**

W Tabeli 1, sekcja „Gwarancja” zamawiający zawarł zapis „Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń”. Oferowane urządzenie do automatycznej ekstrakcji do fazy stałej nie dokonuje żadnych pomiarów fizykochemicznych w próbce. Prosimy o uściślenie co zamawiający rozumie pod powyższym stwierdzeniem.

**Odpowiedź na pytanie:**

Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzenia oznacza jego poprawne działanie - celem zapisu jest przywrócenie urządzenia do zdolności wykonania działań zmierzających do wydzielenia określonych grup związków chemicznych do jakich to działań było zaprojektowane.

**Pytanie 2.**

W Tabeli 1, sekcja „Gwarancja” zamawiający zawarł zapis „ W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy Zamówienia”. W zaleceniach producenta znajduje się przegląd wszystkich elementów zużywalnych urządzenia i w zależności od stopnia ich zużycia może być konieczność wymiany. Czy zamawiający poprzez powyższe sformułowanie rozumie także nieodpłatną wymianę części zużywalnych. Zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego gwarancja dotyczy usterek powstałych z winy producenta i świadczona jest bezpłatnie, materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją i również ich wymiana nie jest realizowana bezpłatnie.

**Odpowiedź na pytanie:**

Jeśli wystąpi wada urządzenia to w ramach gwarancji Wykonawca Zamówienia musi zapewnić nieodpłatne wykorzystanie części zamiennych w tym celu, zgodnie z zaleceniami producenta.

**Pytanie 3.**

W tabeli 2, w sekcji Budowa zamawiający zawarł sformułowanie „... i wymiarach pozwalających umieścić go na standardowym stole laboratoryjnym”. Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą nie



istnieje pojęcie standardowego stołu laboratoryjnego, ponieważ meble laboratoryjne projektowane są na indywidualne zamówienie użytkowników i głębokość blatów nie jest jednakowa we wszystkich laboratoriach. Producenci przyjmują własne rozwiązania i propozycje w zakresie wymiarów. Zatem prosimy o uściślenie wymiaru stołu laboratoryjnego.

**Odpowiedź na pytanie:**

Pod użytym pojęciem standardowych stołów laboratoryjnych należy rozumieć wymiary: szerokość x głębokość x wysokość 1200 mm x 600 mm x 700 mm - (+/-10%).

**Pytanie 4.**

Zamawiający w SIWZ w Tabeli 2, w sekcji Budowa, zawarł sformułowanie „komputer zewnętrzny typu laptop o parametrach dostosowanych do obsługi urządzenia spe”

Czy w przypadku kiedy sterownik mikroprocesory jest integralną częścią urządzenia do ekstrakcji do fazy stałej co zwiększa zwiększenie jego niezawodność, upraszcza obsługę, powoduje że staje się on niezależny od zmian i aktualizacji w komputerowych systemach operacyjnych, zmniejsza zużycie energii elektrycznej. W związku z powyższym, czy zamawiający będzie traktował takie rozwiązanie jako równoważne z komputerem przenośnym. Czy w zaistniałej sytuacji nie będzie oferenta obowiązywała sekcja „Przenośny komputer do zestawu spe” z tabeli 2?

**Odpowiedź na pytanie:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapis o dostawie wraz z automatycznym spe przenośnego komputera (laptopa) obsługującego oprogramowaniem automatycznego zestawu do ekstrakcji spe oraz kompatybilnego z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym opisanym w SIWZ.

**Pytanie 5.**

W SIWZ Tabela 2, w sekcji „Dodatkowe wyposażenie” zamawiający zawarł wymóg o treści „materiały eksploatacyjne na obsługę minimum 200 próbek do każdego spe”. Prosimy o uściślenie listy wymaganych materiałów eksploatacyjnych tak aby była ona jednoznaczna. Zastosowany zapis może sugerować również konieczność dostarczenia energii elektrycznej etc.

**Odpowiedź na pytanie:**

Pod pojęciem materiały eksploatacyjne wskazane w pozycji opisu przedmiotu zamówienia „Dodatkowe wyposażenie” należy rozumieć materiały sorpcyjne zużywające się po wykonaniu operacji i ich zabezpieczenia mające charakter jednorazowego użytku. Są to kartridże sorpcyjne lub dyski sorpcyjne wraz z elementami zabezpieczającymi je podczas procesu technologicznego oraz wężyki i złączki do wężyków wykorzystywane do transportu mediów w zaoferowanym systemie.

**Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące.**

Przewodniczący  
Komisji przetargowej

  
Malgorzata Ochorok – Jedynek