



WZ/220-6/7/17/ABA

Warszawa, dnia 27.06.2017 r.

**Do uczestników
przetargu nieograniczonego**

Dot. przetargu nieograniczonego pt. „Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska zestawu do ekstrakcji fazy stałej (SPE)” Numer Sprawy: WZ/220-6/17/ABA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w przypadku systemu do ekstrakcji do fazy stałej SPE wymaga stosowania dwóch adapterów dla butelek o gwintach GL 45 i GL 32 czy tylko jednego pasującego albo do gwintu GL 45 albo GL32?

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga stosowania dwóch adapterów dla butelek o gwintach GL 45, GL 32.

Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące

Przewodniczący
Komisji przetargowej


Malgorzata Ochorok – Jedynek