



**GŁÓWNY INSPEKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Warszawa, dnia 06.07.2017 r.

WZ/220-14/2/17/ABA

**Do uczestników  
przetargu nieograniczonego**

Dot. przetargu nieograniczonego pt. „Centralne oznaczanie prób w zakresie wybranych substancji priorytetowych w biocie w rzekach i jeziorach, według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE, pobranych w ramach realizacji monitoringu diagnostycznego w latach 2017-2018” Numer Sprawy: WZ/220-14/17/ABA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Korekta odpowiedzi na pytanie nr 15 (pismo z dnia 04.07.2017 r. znak: WZ/220-14/1/17/ABA)**

**Pytanie nr 15.**

Czy Zamawiający będzie akceptował wyniki analiz na poziomie limitu oznaczalności pomiędzy 30% i 100% środowiskowej normy jakości z dyrektywy priorytetowej?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga „...zapewnienia jakości pomiarów i badań w monitoringu określonymi w § 22 wspomnianego rozporządzenia tj.: zapewnienie, że granica oznaczalności nie przekracza wartości 30% odpowiednich środowiskowych norm jakości; oparcie, w przypadku wszystkich stosowanych metod analizy w zakresie parametrów chemicznych, minimalnych kryteriów w zakresie wyników na niepewności pomiaru równej 50% lub mniejszej ( $k = 2$ ), szacowanej na poziomie odpowiednich środowiskowych norm jakości.”

Każdy wynik analizy uzyskany przy powyższych wymaganiach będzie akceptowany przez Zamawiającego.

Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące

Z up. GŁÓWNEGO INSPEKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Roman Jaworski  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA