



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



ZP/220-8/1/18/ABA

Warszawa, dnia 26.08 2018 r.

**Do uczestników  
przetargu nieograniczonego**

### Wyjaśnienia, zmiana SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego pt. „Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Część I – Zakup analizatorów dwutlenku siarki Część II – Zakup analizatorów ozonu Część III – Zakup analizatorów tlenków azotu Część IV – Zakup analizatorów tlenku węgla”, Numer Sprawy: ZP/220-8/18/ABA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1.

„Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Część IV – Zakup analizatorów tlenku węgla”. W Tabeli 2. Wymagania szczegółowe dla wszystkich urządzeń – 3 szt, wymagacie Państwo: Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe: - Źródło IR – 1 szt; W oferowanym przez nas analizatorze źródło IR nie jest elementem eksploatacyjnym (zużywającym się). W związku z powyższym nie podlega wymianie.

Czy w takiej sytuacji, zamiast źródła IR możemy dostarczyć deklarację o gwarancji bezawaryjnej pracy źródła IR?

#### Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający usuwa zapis „Źródło IR – 1 szt” w Załączniku nr 9c do SIWZ (Część IV) „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego” „Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Część IV – Zakup analizatorów tlenku węgla”, Tabela 2. Wymagania szczegółowe wszystkich urządzeń – 3 szt., Wymagania minimalne, str. 177.

**Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące**

W ZASTĘPSTWIE  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
  
Krzysztof Fienko  
DYREKTOR GENERALNY

*Figurowski*

*Kukielowski*