



# GLÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku

Tel/ fax: (022) 825-41-29

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

DM/5211-01/04/09/ABA

Warszawa, 27.08.2009r.

## Do uczestników przetargu nieograniczonego

**Dot. przetargu nieograniczonego pt. „Zakup urządzeń do poboru i analizy wagowej pyłu zawieszzonego PM10 oraz zakup urządzeń do poboru i analizy wagowej pyłu PM 2,5 w celu realizacji zadań Inspekcji wynikających z wymagań dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszej powietrza dla Europy. Etap II”**  
Numer Sprawy : ZP/DM/5211-01/01/09.ABA

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1665 oraz Dz. U. z 2008 Nr.171 poz.1058.), przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

### Pytanie 1.

W załączniku 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tabeli 16 dotyczącej Kalibratora przepływu dla poborników HVS napisane jest „ przystosowany do kalibracji dostarczonych poborników LVS” - w związku z tym, czy zapis w tabeli 16 jest poprawny, czy też wystąpił błąd w zapisie i kalibrator ma być przystosowany do kalibracji dostarczonych poborników HVS?

### Odpowiedź na pytanie:

Oczywiście zaistniała pomyłka w zapisie. Prawidłowy zapis w SIWZ punkt 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 8 do SIWZ w tabeli 16 Kalibrator przepływu dla poborników HVS - wymagania szczegółowe to:

„ przystosowany do kalibracji dostarczonych poborników HVS”

**Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące**

Dyrektor Departamentu  
Monitoringu i Informacji o Środowisku

  
mgr inż. Lucyna Dygas Ciołkowska