

# GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Tel: (022) 57 92 076

fax: (022) 825 85 19

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Warszawa, dnia 05-11-2019 r.

ZP/220-84-6/19/MR

## Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania II

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Dostawa gazów wzorcowych wraz z dzierżawą butli dla Centralnego Laboratorium Badawczego. Zadanie II. Dostawa mieszanin gazowych BTX.**”

### Uzasadnienie:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

Aie Liquide Polska Sp. z o.o.  
ul. Jasnogórska 9  
31-358 Kraków

2) Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy Air Liquide Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

### Uzasadnienie:

Przyczyną odrzucenia oferty Wykonawcy jest to, że oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę, której elementem był wypełniony Załącznik nr 6b do SIWZ – *Formularz asortymentowo – cenowy*;

Zgodnie z wymaganiami SIWZ w pkt III ust. 2 pkt 3 dla zadania II Tabela 2. - Wymagania szczegółowe - Zamawiający wymagał:



1. dla pozycji 1 i 2 dostarczenia mieszaniny przy zachowaniu tolerancji analitycznej (AT)  $\leq 5\%$  dla benzenu i  $\leq 10\%$  dla reszty składników a także przy zachowaniu tolerancji mieszania (BT)  $\leq 10\%$ .  
Wykonawca zaoferował dostarczenie mieszanin gdzie tolerancja analityczne wynosi +/- 10% a tolerancja mieszania wynosi +/- 20%.
2. dla pozycji 3 i 4 dostarczenia mieszaniny przy zachowaniu tolerancji analitycznej (AT)  $\leq 5\%$  dla benzenu a także przy zachowaniu tolerancji mieszania (BT)  $\leq 10\%$ .  
Wykonawca zaoferował dostarczenie mieszanin gdzie tolerancja analityczne wynosi +/- 6% a tolerancja mieszania wynosi +/- 10%.

W świetle powyższego oferowany przez Wykonawcę produkt nie jest tożsamy z produktem wymaganym przez Zamawiającego.

Próby wyjaśnienia treści oferty Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 Pzp musiałyby prowadzić w konsekwencji do niedopuszczalnej zgodnie z tym przepisem zmiany treści oferty poprzez dodanie do niej treści, która wcześniej tam nie występowała.

Z przepisu art. 87 ust. 1 Pzp wynika, że Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jednak zgodnie z samym przepisem, niedopuszczalne jest prowadzenie przez Zamawiającego z Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Wyjaśnieniu może bowiem podlegać jedynie treść niejasna, nieczytelna, niewiarygodna czy niemożliwa.

W związku z powyższym należy uznać, że treść oferty Wykonawcy Air Liquide Sp. z o.o. nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dlatego została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

DYREKTOR GENERALNY

  
Andrzej Długolecki