



GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Centralne Laboratorium Badawcze

...Tel: (0-22) 36-92-405

Fax: (0-22) 825-28-79

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

CLB-070/207/2020/WA

Warszawa, dnia 30.09.2020 r.

Wyjaśnienie do zapytanie w ofertowe pt.:

„Wykonanie usługi wzorcowania sprzętu pomiarowego służącego do badań imisji powietrza:

Zadanie I. Wzorcowanie aspiratorów

Zadanie II. Wzorcowanie przepływomierzy cz.1

Zadanie III. Wzorcowanie przepływomierzy (kalibratorów przepływu gazu) cz. 2”

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną wersję zapytania ofertowego i pozostałych dokumentów.

Zmianie uległy:

- poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w postaci błędnej sygnatury postępowania,
- zmianie terminu wykonania usług z 25 listopada 2020 r. na 04 grudnia 2020 r.,
- usunięciu konieczności posiadania akredytacji w zakresie przepływu dla aspiratora LAT ASP-3II M. Wzorcowanie przepływu może zostać wykonane w laboratorium nie posiadającym akredytacji na wymagany zakres wzorcowania,
- usunięciu konieczności wykonania przeglądu aspiratorów w zadaniu I. Obecnie wykonanie przeglądu okresowego jest fakultatywne.
- zmianie Kierownika Oddziału w Katowicach z Wiesławy Piskorz na Romana Wintera.

Z-ca DYREKTORA
Centralnego Laboratorium Badawczego
ds. Organizacyjnych

Mirosława Zbroś