



GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Tel: (0-22) 36-92-405

Fax: (022) 825 28 79

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Nr sprawy CLB-070/225/2020/LU

Warszawa, 6 października 2020 r.

Zapytanie ofertowe pn.:

*„Zakup i dostawa siedmiu chłodziarek jednodrzwiowych dla Centralnego Laboratorium
Badawczego”.*

1. Zamawiający:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

42513 200-7 Urządzenia chłodnicze

42513 000-5 Urządzenia chłodnicze i mroźące

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 szt. szaf chłodniczych jednodrzwiowych do Oddziałów i Pracowni Centralnego Laboratorium Badawczego. Dodatkowo wymaga się od Wykonawcy, aby dostarczony sprzęt został wniesiony i zainstalowany na wskazanym przez zamawiającego miejscu.

Podstawowym celem zamówienia jest doposażenie Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w aparaturę niezbędną do realizacji badań i pomiarów, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, o wymaganym poziomie jakości danych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
.	Cena oferty brutto	80
.	Gwarancja	20

Sposób oceny oferty:

- a) Cena oferty brutto-maksymalne do uzyskania 80 punktów
Liczba punktów za cenę oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$PC = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 80$$

Oferta za kryterium 1 maksymalnie może otrzymać 80 pkt

- b) Okres gwarancji - punktowany będzie zaoferowany okres gwarancji wg następujących kryteriów (maksymalna liczba punktów 20 pkt):
- gwarancja powyżej 24 miesięcy – 20 pkt
 - gwarancja powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy – 10 pkt
 - gwarancja 12 miesięczna (wymagana) – 0

4. Warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający dostarczy przedmiot zamówienia do 7 lokalizacji pracowni i oddziałów CLB:

- 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2
- 66-400 Gorzów Wielkopolski., ul. Kostrzyńska 48
- 33-300 Nowy Sącz, ul. Fabryczna 11
- 35-101 Rzeszów, ul. Gen. M. Langiewicza 26
- 76-200 Słupsk, ul. Kniaziewicza 30
- 42-200 Częstochowa, ul. Rząsawska 24/28,
- 75-553 Koszalin, ul. Zgoda 23

oraz dokona wniesienia i instalacji urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Podstawą wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy będą protokoły odbioru, podpisane przez wskazanych w umowie upoważnionych pracowników Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia:

Do 30 listopada 2020 r.

Termin obowiązywania umowy:

Od podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

Szczegółowy opis warunków dostawy/odbioru przedmiotu zamówienia zawarty został w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Termin i sposób przekazania oferty przez wykonawcę:

Oferty należy składać w terminie do 16.10.2020 r. , do godz. 9:00.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: clblublin@gios.gov.pl

6. Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami:

Dariusz Suryś, tel. 81 718 62 27, mail: d.surys@gios.gov.pl w godz. 8:30- 15:00

Paweł Bielak-Bielecki, tel. 81 718 62 51, e-mail: p.bielak-bielecki@gios.gov.pl w godz. 8:30-15:00.

7. Dokumenty jakie wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu:

Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego,

9. Dane osobowe – Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, e-mail: iod@gios.gov.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup i dostawa dwóch zmywarek laboratoryjnych” - znak sprawy: CLB/ZO/...../2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Z-ca DYREKTORA
Centralnego Laboratorium Badawczego
ds. Organizacyjnych

Mirosława Zbroś

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/umowy

Opis przedmiotu zamówienia pn:

„Zakup i dostawa siedmiu chłodziarek jednodrzwiowych dla Centralnego Laboratorium Badawczego”

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
Standard produkcji	Urządzenie fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, rok produkcji 2020.
Bezpieczeństwo	Spełnianie standardów bezpiecznego użytkowania musi być potwierdzone znakiem CE
Dokumentacja	<p>Instrukcja obsługi w języku polskim i oryginalnym w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie pdf lub .doc (MS Word)</p> <p>Wykonawca udzieli na urządzenie będące przedmiotem Zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (usługa serwisowa z dojazdem do Zamawiającego oraz części zamienne).</p> <p>Naprawa gwarancyjna (serwis) odbywać się będzie w miejscu zainstalowania.</p> <p>Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej.</p> <p>Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym.</p> <p>Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany gwarancyjny serwis producenta.</p>
Odbiór zużytego sprzętu	Dostawca urządzeń zobowiązuje się do opcjonalnego, nieodpłatnego odebrania zużytych szaf chłodniczych/chłodziarek w ilości jednej sztuki przypadającej na jedną lokalizację (jedna za jedną).
Pojemność użytkowa	nie mniej niż 600 litrów.
Temperatura	<p>Zakres temperatur chłodzenia 0 °C – 15 °C z możliwością regulacji temperatury</p> <p>Utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz chłodni 3 °C ±2 °C</p>
Cechy ogólne	<p>Urządzenie powinno być jednodrzwiowe, jednokomorowe</p> <p>Wyposażone w wymuszony obieg powietrza wewnątrz</p> <p>Szafa chłodnicza powinna zawierać otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika / sondy</p>

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
	<p>Wyposażone w przynajmniej 5 półek z możliwością regulacji ich wysokości położenia.</p> <p>Półki powinny być wzmocnione, każda o nośności min. 30 kg.</p> <p>Wewnętrzna komora chłodziarki wraz z półkami powinna być wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.</p>
Zasilanie	Elektryczne o polskim standardzie (230V, 50Hz)
Rejestrator temperatury	<p>Zewnętrzny rejestrator temperatury z czujnikiem temperatury wewnątrz komory wraz ze świadectwem wzorcowania w 4 punktach: 1 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C w laboratorium wzorcującym akredytowanym zgodnie z normą PN-EN 17025 z świadectwem wzorcowania.</p> <p>Połączenie rejestratora z czujnikiem za pomocą kabla.</p> <p>Rejestrator powinien być zasilany za pomocą przewodu z gniazdka sieciowego (230 V).</p> <p>Rejestrator musi być wyposażony w uchwyt umożliwiający umocowania go na zewnętrznej ścianie chłodziarki. Możliwość łatwego demontażu rejestratora z czujnikiem celem przesłania do ponownego wzorcowania.</p> <p>Zapis temperatur w pamięci wewnętrznej rejestratora lub karcie SD dostarczonej przez Wykonawcę w formacie do odczytu przez arkusze kalkulacyjne lub dostarczony program do odczytu i obróbki danych</p> <p>Rejestrator o dokładności odczytu i rejestracji co najmniej 0,1 °C</p>
Wzorcowanie (mapowanie) urządzenia	Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania zgodnie z normą PN-EN 17025 z rozkładu temperatury w co najmniej 9 punktach wewnętrznej komory chłodziarki (naroża i środek geometryczny urządzenia) dla temperatury 3 °C.

Wykonawca:

--

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn.:

**„Zakup i dostawa siedmiu chłodziarek jednodrzwiowych dla Centralnego Laboratorium
Badawczego”**

Znak sprawy: z dnia

1. ZAMAWIAJĄCY:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wykonawca	
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
e-mail	

¹ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców.

4. JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE:

- a. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- b. gwarantuję należyte wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 zapytania ofertowego oraz załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,
- c. **cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:**
brutto PLN (słownie: złotych),
- d. **oferuję dostarczyć** przedmiot zamówienia w **terminie** dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia,
- e. **Posiadam nr KRS**, **NIP**, **REGON**.....
- f. jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
- g. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w tym warunki płatności tam określone,
- h. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

5. Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego sprzętu *)

Fabrycznie nowy, produkowany seryjnie, rok produkcji -

Model:.....Typ:.....Seria:

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań
Standard produkcji	Urządzenie fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, rok produkcji 2020	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Dokumentacja	Instrukcja obsługi w języku polskim i oryginalnym w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie pdf lub .doc (MS Word)	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań
	<p>Wykonawca udzieli na urządzenie będące przedmiotem Zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta.</p> <p>Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (usługa serwisowa z dojazdem do Zamawiającego oraz części zamienne).</p> <p>Naprawa gwarancyjna (serwis) odbywać się będzie w miejscu zainstalowania.</p> <p>Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej.</p> <p>Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym.</p> <p>Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany gwarancyjny serwis producenta.</p>	<p>spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)</p> <p>Gwarancja (podać okres)</p>
Odbiór zużytego sprzętu	Dostawca urządzeń zobowiązuje się do opcjonalnego, nieodpłatnego odebrania zużytych szaf chłodniczych/chłodziarek w ilości jednej sztuki przypadającej na jedna lokalizację (jedna za jedną).	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Pojemność użytkowa	nie mniej niż 600 litrów.	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Temperatura	Zakres temperatur chłodzenia 0 °C – 15 °C z możliwością regulacji temperatury Utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz chłodni 3 °C ±2 °C	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Cechy ogólne	Urządzenie powinno być jednodrzwiowe, jednokomorowe	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
	Wyposażone w wymuszony obieg powietrza wewnątrz	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
	Szafa chłodnicza powinna zawierać otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika / sondy	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań
	Wyposażone w przynajmniej 5 półek z możliwością regulacji ich wysokości położenia.	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
	Półki powinny być wzmacniane, każda o nośności min. 30 kg.	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
	Wewnętrzną komora chłodziarki wraz z półkami powinna być wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Zasilanie	Elektryczne o polskim standardzie (230V, 50Hz)	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Rejestrator temperatury	<p>Zewnętrzny rejestrator temperatury z czujnikiem temperatury wewnątrz komory wraz ze świadectwem wzorcowania w 4 punktach: 1 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C w laboratorium wzorcującym akredytowanym zgodnie z normą PN-EN 17025 z świadectwem wzorcowania.</p> <p>Połączenie rejestratora z czujnikiem za pomocą kabla.</p> <p>Rejestrator powinien być zasilany za pomocą przewodu z gniazdka sieciowego (230 V).</p> <p>Rejestrator musi być wyposażony w uchwyt umożliwiający umocowanie go na zewnętrznej ścianie chłodziarki. Możliwość łatwego demontażu rejestratora z czujnikiem celem przesłania do ponownego wzorcowania.</p>	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
	Zapis temperatur w pamięci wewnętrznej rejestratora lub karcie SD dostarczonej przez Wykonawcę w formacie do odczytu przez arkusze kalkulacyjne lub dostarczony program do odczytu i obróbki danych	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
	Rejestrator o dokładności odczytu i rejestracji co najmniej 0,1 °C	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Wzorcowanie (mapowanie) urządzenia	Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania zgodnie z normą PN-EN 17025 z rozkładu temperatury w co najmniej 9 punktach wewnętrznej komory chłodziarki (naroża i środek geometryczny urządzenia) dla temperatury 3 °C.	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)