



ZP2/DM/5211-04/10/MZ

Warszawa, dnia 03.08.2010 r.

**Do uczestników
przetargu nieograniczonego**

Dot. przetargu nieograniczonego *pt. „Zakup spektrometru absorpcji atomowej z kuetą grafitową - 39 szt.”* ZP2/DM/5211- 01/10/ABA

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w punkcie 9 „dodatkowych kryteriów”, który mówi:

Liczba pozycji na lampy w każdym aparacie:

- 4 pozycje 0 punktów

- powyżej 4 pozycji 2 punkty,

ma na myśli powyżej 4 pozycji na lampy w każdej z technik(płomieniowej i w kuvecie grafitowej), czy powyżej 4 pozycji na lampy łącznie dla obu technik?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za więcej niż 4 uchwyty na lampy dla każdego typu spektrometru.

Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
(Decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 29 z dnia 23.07.2010 r.)

Barbara Toczko