



ZP2/DM/5211- 03/10/ABA

Warszawa, dnia 29.07. 2010 r.

**Do uczestników
przetargu nieograniczonego**

Dot. przetargu nieograniczonego *pt. „Zakup spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową - 39 szt. Numer Sprawy: ZP2/DM/5211- 01/10/ABA*

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu w którym, ze względu na najnowocześniejszy układ optyczny nie trzeba stosować lamp o podwyższonej jasności?

W aparatach firmy Thermo Scientific zastosowano najnowocześniejsze układy optyczne, oparte o monochromatory i podzespoły optyczne o najwyższej jasności po to, aby nie było konieczności „wspomagania” starych, niewydolnych układów optycznych, lampami o podwyższonej jasności. Stosowanie lamp o podwyższonej jasności jest w naszym przypadku całkowicie nieefektywne – podnosi koszty.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przyrządu, w którym nie trzeba stosować lamp o podwyższonej jasności. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w punkcie III SIWZ, Tabela 3 „Wyposażenie dodatkowe” – lampy o podwyższonej jasności: As, Se.

Pytanie 2.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia w pkt. IV określił wykonanie I etapu dostawy na 17.11.2010 r. Biorąc pod uwagę termin związania ofertą do dnia 16.10.2010 r. to minimalny termin na wykonanie I etapu (licząc sprowadzenie aparatów, instalację i szkolenia instalacyjne) wynosi 1 miesiąc.

Biorąc pod uwagę ilość aparatów wymagających dostarczenia i wykonania wszystkich niezbędnych czynności, aby móc podpisać protokoły odbioru jest to termin mało prawdopodobny do spełnienia. Czy Zamawiający dopuści zmianę tego zapisu na następujący:

- Etap – dostawa 13 sztuk przyrządów w terminie do 17.11.2010 r. lub 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji I etapu dostawy, jak również całego zamówienia.



Pytanie 3.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia w pkt. II w opisie przedmiotu zamówienia Tabela 3 zawarł zapisy wymagań minimalnych:

Oprogramowanie – sterowane z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem w języku polskim lub angielskim, pracującym w środowisku Windows 7 Professional...

Czy, ze względu na nieprecyzyjne zapisy w minimalnych wymaganiach, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera z licencją na Windows 7 Professional, ale z zainstalowanym downgrade'm do Windows XP Professional SP3 ze względu na takie wymagania producenta co do zainstalowania oprogramowania sterującego w celu zapewnienia sprawdzonego i potwierdzonego poprawnego działania?

Odpowiedź na pytanie:

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera z licencją na Windows 7 Professional z zainstalowanym downgrade'm do Windows XP Professional SP3.

Pytanie 4.

Komputer z drukarką – karta graficzna niezintegrowana 512 MB, min 384 bit Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niezintegrowanej karty graficznej 512 MB, ale mniejszym transferem. Oprogramowanie obsługujące nie wymaga karty graficznej o tak wygórowanych parametrach (najtańsza karta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ kosztuje ok. 1500 złotych co daje przy całym zamówieniu kwotę ok. 59 000 złotych).

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niezintegrowanej karty graficznej 512 MB, min. 256 bit.

Pytanie 5.

Komputer z drukarką – drukarka laserowa kolorowa, A4, z funkcją duplex, z portem LPT i USB 2.0...

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drukarki nie posiadającej przestarzałego portu LPT, tylko wyposażoną w port USB 2.0 o znacznie większej szybkości transmisji danych i port sieciowy LAN?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drukarki posiadającej port USB 2.0 o znacznie większej szybkości transmisji danych i port sieciowy LAN, nie posiadającej portu LPT.

Pytanie 6.

Wyposażenie dodatkowe – reduktory do argonu i acetylenu dla systemu obu technik oraz reduktor do argonu dla techniki kuwety grafitowej.



Czy Zamawiający mógłby jasno określić ile reduktorów do argonu i ile do acetylenu wymaga w dostawie? Technika płomieniowa nie wykorzystuje argonu, więc dostarczenie dwóch reduktorów do argonu wydaje się nie zasadne.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wymaga dla oferowanego przyrządu jeden reduktor do argonu i jeden reduktor do acetylenu.

Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące

Barbara Toczko

Główny Specjalista
Departament Monitoringu
i Informacji o Środowisku