



Giżycko, 23.07.2021 r.

Dot. zapytania ofertowego „**Badania bieglności/porównania międzylaboratoryjne dla Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w zakresie substancji priorytetowych**”, znak sprawy **KLRW/551-02/2021/LC**

W odpowiedzi na pytanie z dnia 23.07.2021 r. o udzielenie odpowiedzi w sprawie ww. postępowania:

### **Pytanie 1**

Czy istnieje możliwość zwiększenia granic oznaczalności dla poszczególnych związków:

Grupa I: cybutryna, cypermetryna, dichlorfos, heptachlor i epoksyd heptachloru.

Grupa II: benzo(a)piren.

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu stężeń dla:

Grupa I: cybutryna, cypermetryna, dichlorfos, heptachlor i epoksyd heptachloru.

Grupa II: benzo(a)piren

do wartości potwierdzonych w trakcie walidacji metodyki badawczej Wykonawcy.

W związku z odpowiedzią na pytanie, Zamawiający dokonuje zmian w Opisie przedmiotu zamówienia w tabeli nr 1 w kolumnie zakres stężeń/zawartości dla ww. związków oraz wydłuża termin składania ofert do dnia:

**30.07.2021 r. do godz. 14:00**

Powyższe informacje są dla Wykonawców wiążące.

KIEROWNIK  
Krajowego Laboratorium Referencyjnego  
do spraw jakości wód powierzchniowych

*Lidia Czerwińska*  
**Lidia Czerwińska**